

AJÁNLATKÉRÉS

A Szegedi Vízmű Zrt. részére távleolvasásra előkészített
vízmérők konszignációs konstrukcióban történő
folyamatos beszállítására

1. Az ajánlatkérés tárgya

Az ajánlatkérés tárgya: A Szegedi Vízmű Zrt. részére távleolvasásra előkészített vízmérők konzignációs konstrukcióban történő folyamatos beszállítása.

Teljesítési időszak: 2025.09.01. (tervezett kezdés) – 2026.08.31.

Az ajánlatkérés tárgyat képező termékek körét, valamint az éves felhasználási adatokat részletesen a **2. számú melléklet** tartalmazza. Az éves felhasználási adatok csak iránymutató mennyiségek, a tényleges felhasználás a megadott mennyiségektől eltérhet. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérés tárgyaként nevesített anyagokra tételes ajánlatot kell tennie.

A termékeknek meg kell felelniük a 2. számú mellékletben rögzített paramétereknek (táblázat, általános követelmények, elvárt műszaki és minőségi kritériumok, gyáriszám fogadás). A megfeleléséért az ajánlatadónak kötelezettséget kell vállalnia. Kérjük, hogy beépítési útmutatót, metszetrajzot, méret-táblázatot is csatoljanak a kiajánlott termékekhez. Felmerülő műszaki vagy eljárási kérdések esetén kérjük, keressék az alábbiakban megadott kapcsolattartókat. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termékekből mintadarabot kérjen be.

2. Az ajánlat benyújtása, általános feltételek

2.1. Az ajánlatok beadásának határideje: 2025. augusztus 25. 12:00 óra.

2.2. Az ajánlatok beadásának módja: az ajánlatok elektronikus úton nyújthatók be, a következő e-mail címre: ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu

A tárgyi ajánlatkérésre bárki nyújthat be ajánlatot, amennyiben megfelel az ajánlatkérésben rögzített feltételeknek.

Az ajánlatokat cégszerűen aláírt, szkennelt (1. és 2. sz. melléklet), továbbá a 2. sz. mellékletet szerkeszthető excel formátumban is, valamint a 3. sz. „Üzleti partner átvilágítási kérdőív”-et cégszerűen aláírt, szkennelt és szerkeszthető excel formátumban is elektronikus úton (e-mail), „**AJÁNLAT vízmérők beszállítására, csak a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály bonthatja fel**” tárggyal kérjük elküldeni. Más módon érkezett ajánlatok nem kerülnek értékelésre.

Az ajánlatok Beszerzési és készletgazdálkodási osztályra történő érkeztetése, megnyitása a beadási határidő lejártát követő 1 órával történik.

Az ajánlat csak akkor kerül értékelésre, ha az elektronikus úton, a 2.1. pontban meghatározott időpontig beérkezik.

2.3. A határidőben érkezett ajánlatokról a Szegedi Vízmű Zrt. Beszerzési és készletgazdálkodási osztályának képviselői jegyzőkönyvet készítenek (az ajánlati előlapok alapján).

2.4. Egy ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult. **Alternatív (többváltozatú) ajánlat** tételére abban az esetben van lehetőség, amennyiben az ajánlati áron kívül Ajánlatkérő további értékelési szempontokat is meghatároz.

2.5. **Részajánlattétel lehetősége:** Ajánlatkérő részajánlat tételére lehetőséget biztosít, a 2. sz. mellékletben meghatározott részek tekintetében. Érvényes részajánlat az adott rész valamennyi tételének és azok teljes mennyiségének megajánlásával tehető.

2.6. **Kiegészítő tájékoztatás, konzultációs lehetőség:** az eljárással, a kiírás feltételeivel, illetve az ajánlat összeállításával kapcsolatos esetleges kérdéseiket kizárólag írásban tehetik fel az alábbi elérhetőségekre (telefonos kapcsolattartás kizárólag adminisztratív, formai kérdések kapcsán biztosított):

Demeter Zsolt, tel.: +36-62/554-747, +36-20/507-2227, e-mail: demeter@szegedivizmu.hu

Dr. Makszin András, tel.: +36-20/508-1907, e-mail: makszinandras@szegedivizmu.hu

A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: **2025. augusztus 14.**

2.7. **Hiánypótlás:** Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít, továbbá az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, információk tisztázására felvilágosítás kérést adhat ki.

2.8. Jelen beszerzési eljárás – ha az értékelés során felmerülő minőségi, alaki vagy tartalmi problémák ennek módosítását nem teszik szükségessé – egy forduló, ezért kérjük, hogy ezt figyelembe véve készítsék el végső ajánlatukat, a lehetséges legkedvezőbb paraméterek megadásával.

2.9. Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejáratáig az ajánlatkérését visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket írásban értesíti. Ajánlattevő ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy a beszerzési eljárást annak értékelési szakaszában eredménytelené nyilvánítsa.

2.10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban, Ajánlatkérő e körben költségtérítést nem nyújt. Az ajánlathoz kapcsolódóan benyújtott anyagokat az ajánlattevők nem igényelhetik vissza, azok Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek.

3. Az ajánlatok értékelése:

3.1. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben

- határidőn túl érkezett be (azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt küldtek meg, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz, érvénytelennek minősül);
- nem az elvárt módon került benyújtásra;
- az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni (pl. összeférhetetlenség miatt);
- a kiírási szempontoknak, kiírt műszaki tartalomnak (2. sz. melléklet), előírt minimumfeltételeknek nem felel meg, illetve a megfelelés az előírt nyilatkozatok, dokumentumok hiányában nem állapítható meg.

3.2. A határidőre beérkezett és érvényes ajánlatok **részenkénti értékelése** az alábbi szempontok alapján történik:

- az értékelés alapja az ajánlati összár (részenként), azonban az ajánlati egységárak megadása is kötelező, a 2. sz. melléklet szerint;
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlati ár mellett a következő szempontokat is figyelembe vegye az értékelés során: szállítási feltétel és határidő; fizetési feltételek és határidő; ár-érvényességi feltételek, jótállási idő és feltételek, korábbi üzemeltetési tapasztalatok, energiahatékonyság, környezetkímélés (ahol értelmezhető)

3.3. Eredményhirdetés tervezett ideje: az ajánlatok bontását követően 1 hét. Szerződéskötés (megrendelés) tervezett ideje: az eredményhirdetést követő 1 hét.

4. Az ajánlatok tartalmi követelményei, szerződéses feltételek:

4.1. Az ajánlatban **kötelezően** csatolandó:

- kitöltött ajánlati előlap az 1. sz. mellékletnek megfelelően;
- kitöltött 2. sz. melléklet, az eljárás tárgya szerinti termékek nettó egységárainak megadásával (12 hónap időszakra vonatkozó ártartással), a szállítási feltételek (határidő, paritás: elvárt a megrendelő telephelyére leszállítottan), fizetési feltételek (elvárt: átutalás, minimum 30 nap), jótállási feltételek rögzítésével;
- kitöltött 3. sz. melléklet, üzleti partner átvilágítási adatlap (kérdőív);
- **ajánlattevő cégszerű nyilatkozatai** az alábbiak szerint:
 - a hidegvízmérőknek meg kell felelni az Országos Mérésügyi Hivatal által kiadott "Hitelesítési előírás Vízmérők ivóvíz mérésére HE 6/1-2021", valamint a „Hitelesítési előírás A mérőeszköz irányelv alapján forgalomba hozott vízmérők ivóvíz mérésére HE 6/2-2021” dokumentumokban előírt feltételeknek;
 - a kiajánlott aknás (bekötési, karimás kivitel is) vízmérő legyen javítható, felújítható. Az ajánlattevő rendelkezzen a javításhoz, felújításhoz szükséges eljárásmóddal, anyagokkal és alkatrészekkel. A javításhoz szükséges anyagokat és alkatrészeket a szerződés hatálybalépésétől számított lehetőség szerint 16 de minimum 8 évig az ajánlattevőnek biztosítani kell;
 - a kiajánlott vízmérők felprogramozáshoz, kiolvasásához szükséges eszközökkel (kiolvasó, szoftver, kábel, licenz stb.) az ajánlatkérő az ajánlattevő információi és nyilván tartása szerint rendelkezik-e,
 - a kiolvasáshoz kapcsolódó eszközök, licenszek a szerződés megszűnését követően milyen formában és milyen áron érhetőek el az ajánlatkérő részére,

- műszaki-szakmai dokumentumok az ajánlatkérés tárgya körében meghatározottak szerint (2 sz. mellékletben részletezve).

4.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát (az ajánlati előlap cégszerű aláírásával), hogy

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül-e;
- a szállítandó termékek megfelelnek a magyar, valamint a nemzetközi szabványoknak;
- az ajánlattevő, illetve tulajdonosi köre nem tartozik az ajánlattétel pillanatában hatályos EU-s pénzügyi szankciók hatálya alá – ld. <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=hu>;
- ajánlattevő ellen, illetve a bevonni kívánt alvállalkozók ellen felszámolási eljárás, csődeljárás nincs folyamatban, valamint a NAV által nyilvántartott köztartozásuk nincs;
- a jelen ajánlatkérésben szereplő feltételeket elfogadja.

4.3. Kizárólag teljes körű, a teljesítés időpontjára véglegesített, tételes, forintban megadott ajánlat értékelhető (a fenti eljárási feltételek figyelembevételével). Az ajánlattevő által megadott ár a szerződés időszaka alatt fix.

4.4. Az import anyagok devizafedezetét, beleértve annak vámját, illetékeit stb. is az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség az ajánlattevőt terheli.

4.5. Fizetési feltételek: Az ajánlatkérő az igazolt, az általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII törvény 58. § szerint kiállított számla összegét az ajánlatban feltüntetett fizetési határidőn belül átutalja az ajánlattevő által megjelölt számlára a szerződésben foglaltaknak megfelelően. A számla kiállításának az alapját a megrendelő által megküldött havi anyagfelhasználási kimutatás (lejelentés) képezi. Az ajánlattevő előlege nem tarthat igényt. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irányadó.

4.6. Kérjük az ajánlatban részletezett termékek működési, üzemelési referenciahelyeit megjelölni a 2. sz. mellékletben a kontakt egyértelmű megadásával (cég, név, telefonszám, E-mail).

4.7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén az alábbi szerződéses feltételek az irányadók:

Felek megállapodnak, hogy a beszállító szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a késedelemmel érintett termék bruttó értékének alapulvételével napi 0,5 %-os késedelmi kötbért, míg hibás teljesítés esetén - amennyiben a kicserélés, kijavítás már nem lehetséges vagy aránytalan költségekkel járna – 20 % hibás teljesítési kötbért felszámítani. A késedelmi kötbér mértéke nem lehet magasabb, mint a megrendelés értéke.

A beszállító 15 napos szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, és a kötbéren felül felmerült kárát érvényesíteni.


4.8. Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni (az ajánlati előlap kitöltésével).

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlati előlap
2. sz. melléklet: Ajánlati táblázat, műszaki, minőségi elvárások
3. sz. melléklet: Üzleti partner átvilágítási adatlap (kérdőív)

Szeged, 2025. augusztus 04.

Tisztelettel:





cégszerű aláírás

VINCEZ ESZT
gazdasági igazgató

PHOMOLA ANETT
műszaki igazgató

1. sz. melléklet

AJÁNLATI ELŐLAP

Szegedi Vízmű Zrt. részére a
„távleolvasásra előkészített vízmérők konszignációs
konstrukcióban történő folyamatos beszállítása”
tárgyú ajánlattételhez

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Képviselője:
Adószám:
Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:
Telefonszám:
E-mail cím:

Ajánlat benyújtásakor ismert, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó:
.....

Árajánlat:

Részajánlati kör	Nettó ajánlati összár (Ft)
I. részajánlati kör: Ft
II. részajánlati kör: Ft
III. részajánlati kör: Ft

Ezúton nyilatkozom, hogy társaságunk

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül;
- a szállítandó termékek megfelelnek a magyar, valamint a nemzetközi szabványoknak;
- az ajánlattevő, illetve tulajdonosi köre nem tartozik az ajánlattétel pillanatában hatályos EU-s pénzügyi szankciók hatálya alá – ld. <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=hu>;
- ajánlattevő ellen, illetve a bevonni kívánt alvállalkozók ellen felszámolási eljárás, csődeljárás nincs folyamatban, valamint a NAV által nyilvántartott köztartozásuk nincs;
- az ajánlatkérésben szereplő feltételeket elfogadjuk.

Kelt:, 2025. év hó nap

cégszerű aláírás
p.h.

AJÁNLAT

Rész	Sor	Megnevezés	Csatl. méret	ME	Éves ter. felhasználás	Ajánlati nettó egységár	Ajánlati nettó érték
I.	Lakásvíz mérők						
	1	NA15 lakásvíz mérő Q3 2,5 L=80mm	3/4"	db	50		0 Ft
	2	NA15 lakásvíz mérő Q3 2,5 L=110mm	3/4"	db	3500		0 Ft
	3	NA15 lakásvíz mérő Q3 2,5 L=110mm (magassági előírások alul részletezve)	3/4"	db	1		0 Ft
	4	NA20 lakásvíz mérő Q3 4 L=130mm	1"	db	50		0 Ft
	5	Lakásvíz mérőkhöz rádiós fejelesség (NA15 és NA20)		db	60		0 Ft
	6	NA15 melegvizes lakásvíz mérő Q3 2,5 L=110mm	3/4"	db	180		0 Ft
	7	Melegvizes lakásvíz mérőkhöz rádiós fejelesség (NA15)		db	1		0 Ft
I. rész ajánlati termékcsoport összesen:	8	Melegvizes lakásvíz mérőkhöz imp. jeladó fejelesség (NA15)		db	1		0 Ft
							0 Ft

Bekötési víz mérők, elválasztott mérőszekerezettel DN15-DN40

II.	9	NA15 víz mérő (aknás) visszacsapószeleppel Q3 2,5 L=165 (170)mm (menetes csatl.)	3/4"	db	169		0 Ft
	10	NA20 víz mérő (aknás) visszacsapószeleppel Q3 4 L=190mm (menetes csatl.)	1"	db	143		0 Ft
	11	NA25 víz mérő (aknás) visszacsapószeleppel Q3 6,3 L=260mm (menetes csatl.)	5/4"	db	211		0 Ft
	12	NA40 víz mérő (aknás) visszacsapószeleppel Q3 16 L=300mm (menetes csatl.)	2"	db	13		0 Ft
	13	Aknás víz mérőkhöz rádiós fejelesség (NA15, NA20, NA25 és NA40)		db	1		0 Ft
	14	Aknás víz mérőkhöz impulzus jeladó fejelesség (NA15-NA40)		db	1		0 Ft
	15	Aknás víz mérőkhöz impulzus reed kábel (NA15-NA40)		db	20		0 Ft
	II. rész ajánlati termékcsoport összesen:						
							0 Ft
	Opcionális: NA15 aknás víz mérőkhöz visszacsapószelep						
				db	1		0 Ft
	Opcionális: NA20 aknás víz mérőkhöz visszacsapószelep						
				db	1		0 Ft
	Opcionális: NA25 aknás víz mérőkhöz visszacsapószelep						
				db	1		0 Ft
	Opcionális: NA40 aknás víz mérőkhöz visszacsapószelep						
				db	1		0 Ft

Aknás (karimás) ultrahangos víz mérők DN50-DN300

III.	16	NA50 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 40 L=200mm	NA50	db	7		0 Ft
	17	NA80 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 63 L=225mm	NA80	db	4		0 Ft
	18	NA100 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 100 L=250mm	NA100	db	3		0 Ft
	19	NA150 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 250 L=300mm	NA150	db	1		0 Ft
	20	NA200 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 400 L=350mm	NA200	db	1		0 Ft
	III. rész ajánlati termékcsoport összesen:						
							0 Ft
	Opcionális: NA50 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 40 L=270mm						
				db	1		0 Ft
	Opcionális: NA80 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 63 L=300mm						
				db	1		0 Ft
	Opcionális: NA100 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 100 L=300mm						
				db	1		0 Ft
	Opcionális: NA150 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 250 L=500mm						
				db	1		0 Ft
	Opcionális: NA300 ultrahangos víz mérő (aknás, karimás csatl.) Q3 1000 L=500mm						
				db	1		0 Ft

Rész termékcsoportok:

- I. Lakásvízmérők (1-8. sor)
- II. Bekötési vízmérők, elválasztott mérőszekerezettel DN15-DN40 (9-15. sor)
- III. Aknás (karimás) ultrahangos vízmérők DN50-DN300 (16-20. sor)

Teljesítés helye:
Szállítási határidő:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
Árvényesség:
Jótállási idő, feltételek:

megrendelő telephelye

12 hónapra történő árrögzítés

Referencia helyek felsorolása:
.....
.....
.....

Keltezés:, 2025.

cégszerű aláírás

p.h.

Általános követelmények

- a termékek I. osztályú gyári-új, nem felújított minőségben szállíthatóak be,
- minden vízmérő esetében követelmény, hogy távadásra előkészített kivitelű legyen,
- a hidegvízmérőknek meg kell felelni az Országos Mérésügyi Hivatal által kiadott " Hitelesítési előírás Vízmérők ivóvíz mérésére HE 6/1-2021, valamint a Hitelesítési előírás A mérőszekér irányelv alapján forgalomba hozott vízmérők ivóvíz mérésére HE 6/2-2021" dokumentumokban előírt feltételeknek **(cégszerű nyilatkozatot kérünk benyújtani ajánlatkérés 4.1. pontja alapján)**,
- a termékeknek meg kell felelniük a magyar és a nemzetközi szabványoknak,
- a termékek magyarnyelvű műszaki leírással együtt szállíthatóak be **(kérjük másolatban az ajánlattal együtt benyújtani)**,
- a termékek minőségi bizonyítvánnyal vagy megfeleléségi nyilatkozattal együtt szállíthatóak be **(kérjük másolatban az ajánlattal együtt benyújtani)**,
- a hidegvízmérőknek rendelkeznie kell MID (2004/22/EC) előírásainak megfelelő hitelesítéssel,
- a hidegvízmérőknek rendelkeznie kell érvényes **NNK ivóvízellátás területén történő alkalmazásra vonatkozó** nyilatartásbavételi határozattal **(kérjük másolatban az ajánlattal együtt benyújtani)**,
- a vízmérőknek a szállítás évében hitelesített, érvényes hitelesítési bélyegzessel kell rendelkezniük,
- a hidegvízmérők rendelkezzenek beépített szűrővel a mechanikai szennyeződése kiszűrésére,
- a hidegvízmérők csatlakozó csongjai, karimái a szállításkor légmentesen, műanyag védőkupakkal legyenek lezárva,
- a kijaánlott aknás (bekötési, karimás kivitel is) vízmérő legyen javítható, felújítható. Az ajánlattevő rendelkezzen a javításhoz, felújításához szükséges eljárás móddal, anyagokkal és alkatrészekkel. A javításhoz szükséges anyagokat és alkatrészeket a szerződés hatálybalépésétől számított, lehetőség szerint 16, de minimum 8 évig kell az ajánlattevőnek biztosítania
- **(cégszerű nyilatkozatot kérünk benyújtani ajánlatkérés 4.1. pontja alapján)**,
- kérjük meghatározni az ajánlatban, hogy a kijaánlott vízmérők mérési pontosságát milyen bespítési feltételek mellett garantálja az ajánlattevő,
- az ajánlatkérő kijelenti, hogy a leolvasás során kinyert adatokat saját eszközeivel kívánja rögzíteni, tárolni, továbbítani, feldolgozni.
- **kérjük az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát az ajánlatkérés 4.1. pontja alapján** , hogy a kijaánlott vízmérők

felprogramozáshoz, kiolvasáshoz szükséges eszközökkel (kiolvasó, szoftver, kábel, licenz stb.) az ajánlatkérő az ajánlattevő információi és nyilvántartása szerint rendelkezik-e,


- **kérjük feltüntetni** az ajánlatban a Walk-by rendszerben üzemeltethető vízmérők felprogramozásához, kiolvasáshoz szükséges szoftver és hardver eszközöket és azok árait. Amennyiben a rendszernek van havi üzemeltetési költsége, support díja azt is kérjük megadni. Kérjük megjelölni, hogy a kijáratolt szoftver csak az ajánlatban szereplő vízmérő fejegységek felprogramozására, kiolvasására alkalmas vagy más vízmérőkre is alkalmazható. Amennyiben a szoftver más mérők felprogramozására és kiolvasására alkalmas akkor kérjük megadni a kompatibilis gyártmányok paramétereit és az ehhez kapcsolódó feltételeket.

- **kérjük az ajánlattevő cégéről nyilatkozatát az ajánlatkérés 4.1 pontja alapján**, hogy a kiolvasáshoz kapcsolódó eszközök, licenzek a szerződés megszűnését követően milyen formában és milyen áron érhetőek el az ajánlatkérő részére,

- **a mellék (lakás) vízmérők esetében termékmintát kérünk benyújtani.**

Elvárt műszaki és minőségi kritériumok a mellék (lakás) vízmérők esetében:

- a ház anyaga sárgaréz,
- egysugaras, szárnykeres, szárazonfutó kivitel,
- védelem mágneses manipuláció ellen,
- számlálószerveket elforgatható (akár 360°-ban),
- vízszintes és függőleges beépíthetőség, a vízmérő állása és a gyári száma jól olvasható legyen,
- távadásra (rádió modulós) előkészített kivitel,
- előnyt jelent ha a vízmérő menetes csatlakozásának az alja és a vízmérőház alja azonos síkban, vagy a mérőház alja a csatlakozás felett helyezkedik el a könnyebb beépíthetőség miatt,
- a vízmérők esetében függőlegesen **"A"** vagy ennek megfelelő **MID (R40)**, vízszintesen **"B"** vagy ennek megfelelő **MID (R80)** hitelesítés,
- **az l-es részajánlati kör 3-as pontjára vonatkozó méretek:** a vízmérő magassága (H): NA15-ös mérő esetében maximum 75mm, a vízmérők számlálószervezetének átmérője (B): NA15-ös mérő esetében maximum 73mm. A 75mm magasság és a 73mm átmérő már ráhagyással lett meghatározva. Az ennél magasabb (pl. 77mm) és nagyobb átmérőjű (pl. 75mm) mérőket az esetek többségében nem tudjuk a meglévő helyekre beépíteni.



Elvárt műszaki és minőségi kritériumok az aknás (bekötési) elválasztott mérőszerveztől vízmérők esetében:

- a számlálószerveket az áramló közeggel közvetlenül nem érintkezik, az áramló közegtől elválasztott,
- a számlálószerveket a hitelesség hatálya alatt problémamentesen leolvasható

(a kijelzővédő nem színeződik el, nem pársodlik).

- a ház anyaga sárgarézt, esetleges bevonata műanyag alapanyagú, nagyszilárdságú festék réteg, mellyel biztosított a korrózió védelem,
- távadásra (rádió modulós) előkészített kivitel. Kérjük megjelölni, hogy NB-IOT rendszerhez kapcsolható vagy nem,
- kompatibilitás az SMS rendszerrel,
- a fedőelem (kijelző védő, számláló) nagyterhelhetőségű **űvegbdől** készüljön, ami biztosítja a vízmérő megfelelő leolvashatóságát,
- a vízmérő menetes csatlakozású,
- a ház kimenő csónkja alkalmas legyen visszacsapószelep beszerelésére,
- **az ajánlatban a termékek árát visszacsapószeleppel együtt kérjük megadni. Opcionálisan kérjük megadni méretenként (NA15, NA20, NA25, NA40) a visszacsapószelepek egységárát is,**
- a vímrőrnek csőszűrős kivitelűnek kell lennie,
- többsugaras, szárnykerekcs, nedvesen futó kivitel,
- nyomásfokozat: minimum 10 bar,
- átfogás (Q3/Q1): minimum 160,
- vízszintes beépíthetőség,

- számlálószervezet: - kijelzési tartomány: 0,1 litertől - 99999 köbméterig,
 - a számlálószervezet mechanikus, nedvesen futó, segédberendezés nélkül nullázható,
 - a mágnesezhetőségnek és a gyárilag előírt víznyomásnak legyen ellenálló,
- a vízmérő és a vele egybeépített számlálószervezet és/vagy biztosító elem roncsolás nélkül szétválasztható legyen (menetes kialakítás),
- a vízmérők esetében minimum **"C" osztály pontosság vagy ennek megfelelő MID (R160) hitelesítés.**

Elvárt műszaki és minőségi kritériumok a karimás vízmérők esetében:

Ulrahangos mérők

- a vízmérők állása és gyáriszáma jól olvasható legyen (informatív kijelző),
- oda-vissza (két irányú) mérésre alkalmas kivitel,
- a vízmérőház anyaga fém,
- a számlálószervezet a mágnesezhetőségnek és a max. víznyomásnak ellenáll,
- a mérőszervezet páramentes vagy páramentesíthető kivitelű,
- a vízmérő bevonata ivóvízhasználatra minősített (DVGW, W270),
- IP68 védettség,
- MID hitelesített,
- alacsony indulási érzékenység (kérjük a pontos megjelölését I/h),
- többféle vezetékes kimeneti lehetőség (4-20mA, impulzus, Modbus),
- távleolvasásra előkészített,
- távleolvasási funkciók (Wireless Mbus, OMS, LoRa, NB-IOT, GPRS, GSM stb.),
- amennyiben a termékhez nem szükséges külön távleolvasáshoz kapcsolódó fejeletység beszerzése, akkor annak **műszaki tartalmát és indoklását kérjük részletesen megadni,**
- kompatibilitás az SMS rendszerrel,
- mozgó alkatrészmentes kivitel,
- minimum 10 éves elem-akku élettartam, cserélhető kivitelben.

Vízmérők gyáriszámainak fogadása elektronikus feldolgozással

Ájánlatkérő az alábbi formátumban kéri átadni az esti szállítások során a vízmérők gyáriszáma

- az elektronikus fogadással történő mérő gyári szám beolvasás egy .csv típusú, azaz pontosvesszővel elválasztott szöveges állományból történik.

- az állomány egy fej rekordból és tétel rekordokból kell, hogy álljon.

- a fej és tétel rekordokat a sor elején található bevezető karakterrel különböztetjük meg.

Fej esetén a bevezető karakter értéke: 0

Tétel sor esetén a bevezető karakter értéke minden sorban: 1

Példa az állomány felépítésére:

Fej: Ordátum;szállítólevél száma;,,,,;belső bizonylat száma;,,,;

Fej: 0;2020.01.01;SZL20200123;,,,,;2LM1820;,,,;

Tétel: 1;cikkszám;átmérő;mérőtípus;gyáriszám;gyártási idő dátuma;hitelesítés dátuma;mérő pontossági osztály;,,,;mérőhossz;

Tétel: 1;49711-0001-04;15;80;MÉRŐGYÁRISZÁM01;20201002;20201024;A;,,,;80;

- a fejrekordban:

- o a „dátum” mező értékénél, az utolsó karaktert követően nem kell szerepeltetni a pontot. (pl.:2020.01.01),

- o a „szállítólevél száma” mező értéket, elválasztó karakterek nélkül, perjelek nélkül kérünk szerepeltetni (pl: SZL20200123),

- o a „belső bizonylat száma” mező értéke a Szegedi Vízmű Zrt. által megküldött szállítói megrendelés száma (ún. LM szám), melyet kérünk egybeírva, perjelek nélkül szíveskedjenek feltüntetni. (pl.: 2LM1820).

- a tételrekordban:

- o a „cikkszám” mező értéke a Szegedi Vízmű Zrt. által meghatározott, a szállítói megrendelésen szereplő cikkszám. A cikkszámot 3 részre tagoltan, kötőjelekkel elválasztva szükséges szerepeltetni, ahol az első tagolásban 5, a másodikban 4, a harmadikban 2 karakter található (pl.: 49711-0001-04),
- o a „mérőtípus” mező értéke a Szegedi Vízmű Zrt. által meghatározott, a szállítói megrendelésen a cikkszám után kerül szerepeltetésre. (pl.:15)

A Szegei Vízmű Zrt., mint a Veolia Magyarország Társaságcsoporthoz tagja elkötelezett abban, hogy minden tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. A Veolia Magyarország Társaságcsoporthoz nem tolerálja a korrupciót vagy annak kísérletét. A Veolia Magyarország Társaságcsoporthoz Társaságai elvárják, hogy üzleti partnereik is tartózkodjanak a korrupció minden formájától.

Ügyintéző tölti ki	Ügyintéző neve:	
	Igénylő vállalat:	Szegei Vízmű Zrt.
	Beszerezés tárgya:	
	Intellektuális szolgáltatás?	Nem ▼
Partner tölti ki	Jelen naptári évben kitöltöttem az Üzleti Partner kérdőívet és visszaküldtem a Szegei Vízmű Zrt. részére, vagy adatainkban változás történt (amennyiben igen, kérjük az adatlap ide vonatkozó részét kitölteni)	Új Üzleti Partner kérdőív ▼
	Az ajánlat becsült nettó összértéke (havi díjas szolgáltatás esetén az 1 éves szolgáltatási díj)	

I. ÜZLETI PARTNER ALAPINFORMÁCIÓK



1. Üzleti partner

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai	1.1	Név:	Válasz	
		Rövidített cégnév:		
		Székhely címe:		
		Ország:		
		Cégbejegyzési száma:		
		Alapítás dátuma:		
Természetes személy üzleti partner adatai	1.2	Adószám:	Válasz	
		Családi és utónév:		
		Lakcím:		
		Adóazonosító szám:		
		Születési idő:		
1.3	Adott ügylethez kapcsolódó tevékenységi körök:	TEÁOR szám:	Tevékenység:	

2. Képviselők

Elnök-vezérigazgató, ügyvezető vagy vállalati igazgató	2.1	Törvényes képviselőkre vonatkozó adatok	Válasz	
		Beosztás		
		Családi és utónév:		
		Lakcím:		
		Születési hely, idő:		
		Email cím		

3. Tulajdonosok - természetes személy esetén

Az üzleti partner tulajdonosa (több tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő, kivéve többségi részvénytársaságok)	3.1	Tulajdonosok	Válasz	
		Családi és utónév:		
		Születési idő:		
		Tulajdonosi rész %-os megoszlása		
		Tulajdonosok	Válasz	
		Családi és utónév:		
A tényleges tulajdonos (több tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő, kivéve többségi részvénytársaságok)	3.2	Születési idő:		
		Tulajdonosi rész %-os megoszlása		

4. Tulajdonosok - jogi személy esetén

Tulajdonos - jogi személy (több tulajdonos esetén a következő ("További gazd.társ. tulajdonos") munkalap kitöltendő ki)	4.1	Amennyiben igen, kérjük adja meg a részleteket.	Válasz	
		Név:		
		Rövidített cégnév:		
		Székhely címe:		
		Cégjegyzékszám:		
		Cégjegyzés kelte:		
		Adószám:		
		Főtevékenység:		

II. AZ ÜZLETI PARTNERRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI ADATOK ÉS ÜZLETI INFORMÁCIÓK

1. Pénzügyi adatok

Gazdasági és pénzügyi helyzet	1.1	Az üzleti partner („általános”) éves árbevétele az utolsó három pénzügyi évben a következő:	N-1. pénzügyi év	Válasz			
			N-2. pénzügyi év				
			N-3. pénzügyi év				
		Indult a vállalat ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás?			HUF	▼	
			Amennyiben IGEN, úgy kérjük, adja meg annak évét és az eljárás típusát!			HUF	▼
						HUF	▼

2. Megvesztegetés			
			Válasz
Megvesztegetéssel kapcsolatos ügyek	2.1	Az üzleti partner alkalmaz-e intézkedéseket a megvesztegetés megelőzése, korrupciós kockázatok kezelése érdekében?	Nem ▼
	Antikorrupciós intézkedések rövid kifejtése:		
	2.2	Az üzleti partner tudott-e arról, hogy az üzleti partner, annak tulajdonosai vagy vezetői megvesztegetésbe, csalásba, tisztességtelen vagy hasonló jellegű kötelezettségszegő viselkedésbe keveredtek?	Nem ▼
	2.3	Történt-e megvesztegetéssel kapcsolatos hatósági vizsgálat az üzleti partner, annak tulajdonosai, vagy vezetői vonatkozásában?	Nem ▼
	2.4	Büntetőeljáráásban hozott ítélet	
	2.5	Jogerősen elítélték-e az üzleti partnert vagy az üzleti partner igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviselőit, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját megvesztegetéssel kapcsolatban olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott korlátozó intézkedés továbbra is fennáll?	Nem ▼
	Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):		
2.6	Itéletek esetén hozott-e az üzleti partner olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?	Nem ▼	
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:			

3. PEP kapcsolat			
			Válasz
PEP kapcsolat *	3.1	Van-e az üzleti partnernek, tulajdonosainak, illetve vezetőinek, képviselőinek közvetett vagy közvetlen kapcsolata a Társaság tevékenysége szempontjából érintett köztisztviselővel, PEP-vel?	Nem ▼
	3.2	Ha igen, kérjük, részletezze:	

* Politikai közszerelő (PEP – Politically Exposed Persons) azaz olyan személy, aki fontos állami pozíciót vagy közéleti szerepet tölt be, így például az államfő, miniszterelnök, a kormánytagok, vezető politikusok, vezető tisztviselők, bírák vagy a hadsereg előlőrői, állami vállalatok vezetői, vagy befolyásos pártok tisztségviselői, illetve számos esetben a politikai közszerelők rokonai vagy közeli hozzátartozói.

4. PEP személy			
			Válasz
PEP személy *	4.1	Van-e az üzleti partner tulajdonosai, vezetői között PEP személy?	Nem ▼
	4.2	Ha igen, kérjük, részletezze:	

5. COMPLIANCE			
			Válasz
5.1	Rendelkezik-e a vállalat tanúsított ISO 37001 rendszerrel és működteti-e azt?		Nem ▼
5.2	Rendelkezik-e a vállalat magatartási kódexszel, etikai kódexszel vagy más, a korrupció leküzdését célzó dokumentummal?		Nem ▼
5.3	Elfogadott-e a vállalat olyan belső szabályzatot, amely meghatározza, hogy milyen értékű előnyöket és ajándékokat lehet nyújtani a vállalaton kívüli személyek számára?		Nem ▼
5.4	Nyújt-e képzést a vállalat a munkavállalóinak az etikus üzleti gyakorlatokról (korrupciótellenesség, a versenyjogi szabályok megsértése)?		Nem ▼
5.5	A vállalat, vagy annak bármely anya-, illetve leányvállalata rendelkezik-e bármilyen eszközzel, érdekeltséggel, illetve végez-e bármilyen műveletet a felsorolt országokban?		Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
5.6	Az elmúlt 5 évben a vállalatot, annak valamely vezetője, részvénytulajdonosa vagy haszonhúzója ellen elmarasztaló döntés született-e	versenykorlátozó megállapodás miatt?	Nem ▼
5.7		vesztegetés vagy egyéb bűncselekmény miatt?	Nem ▼
5.8		pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása miatt?	Nem ▼
5.9		bármely más, az etikus üzleti magatartással ellentétes cselekmény miatt?	Nem ▼

h 9

6. KÖRNYEZETVÉDELEM		Válasz
Az elmúlt 5 évben a vállalat csökkentette-e a környezetterhelését a felsorolt elemek valamelyikét tekintve?		
6.1	Vízfelhasználás (vízfogyasztás, vízhiánnyal küzdő térségek stb.)	Nem ▼
	Nyersanyag-felhasználás/vegyi anyagok felhasználása	Nem ▼
	Energiafogyasztás	Nem ▼
	Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása/klímalábnyom	Nem ▼
	ÜHG-n kívüli gázok kibocsátása a légkörbe (például: nitrogén-oxid, dioxinok stb.)	Nem ▼
	Vízszennyezés/természetes vizekbe kibocsátott szennyezőanyagok	Nem ▼
	Hulladékképződés	Nem ▼
	A természetes környezet szennyezése, az állat- és növényvilágra gyakorolt hatás	Nem ▼
6.2	VÍZ – Amennyiben a vállalat vízfelhasználása jelentős, meghatározta azokat a telephelyeket, amelyek vízhiánnyal küzdő térségekben találhatók?	Nem ▼
6.3	VÍZ – Vannak cselekvési tervek/célkitűzések a vízhiányos térségekben található telephelyekre vonatkozóan?	Nem ▼
6.4	KLÍMA – Kiszámították, hogy mekkora szén-dioxid-kibocsátással járnak az egyes ügyfeleknek értékesített termékek/szolgáltatások?	Nem ▼
6.5	KLÍMA – Vannak folyamatban vagy tervben olyan fejlesztések, amelyek célja az ügyfelek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése?	Nem ▼
6.6	ENERGIA – Rendelkeznek konkrét célkitűzésekkel a megújuló/alternatív energiaforrások arányának növelésére?	Nem ▼
Kérjük, írja le az esetleges megjegyzéseit és az egyéb olyan információkat, amelyeket még szeretne megosztani velünk. Bármilyen, Ön által hasznosnak ítélt dokumentumot is csatolhat.		
"Kijelentem és aláírással igazolom, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak."		
Kitöltés helye:	Kitöltés ideje:	
Cégszerű aláírás:	Név, beosztás:	
A Veolia Magyarország Társaságcsoporthoz Társaságai kijelentik, hogy az üzleti partner által jelen üzleti partner átvilágítási kérdőív kérdéseire történt nyilatkozaton valótlán információ közlése vagy lényeges információ elhallgatása a versenyzetetésből való kizáráshoz, illetve nyertesség esetén, ha a szerződéses kapcsolat során derül ki, akkor pedig a szerződés felbontásához vezethet. Az Üzleti Partner kérdőívvel kapcsolatos adatvédelmi információk az alábbi linken érhetők el: https://www.szegedivizmu.hu/adatvedelmi-tajekoztatás		

Verzió: 2023.04.05.